

Pitanje 3.

Molimo Vas da u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama odgovorite na sledeće pitanje:

Za partiju 3. Stavka 2. Inkubator sa hlađenjem od 50 litara. Da li je prihvatljivo ponuditi uređaj korisne zapremine 55l?

Odgovor 3.

Br.del: 495

Datum:12.02.2018.

Možete ponuditi uređaj korisne zapremine 55l.

Komisija za JNMV 01/18 laboratorijske opreme

Zavoda za javno zdravlje Pirot