

Pitanje 6.

Za partiju 3: Da li je prihvatljivo ponuditi UV lampu talasne dužine 366 nm, dimenzija (dxšxv) 412 x 76 x 38 mm I komoru dimenzija (dxšxv) 420 x 296 x 280 mm?

Odgovor 6.

Prihvatljivo je, važno je samo da su dimenzije komore takve da lampa može da se smesti u nju, kao u potpuno zatamnjen prostor.

Br.del: 553

Datum:20.02.2018.

Komisija za JNMV 01/18 laboratorijske opreme

Zavoda za javno zdravlje Pirot